



Rua Anhandeara, 14 - Chácara da Barra  
Campinas - SP - CEP:- 13093 500  
Fones (19) : 3252 1800 / 3252 1184  
Fax: 3294 3255 - Celular: 9606 5305  
www.avipa.com.br | avipa@avipa.com.br

RM 17452  
ENTRADA 19/07/05  
SAÍDA 01/08/05

CLIENTE: SANPHAR QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.  
REQUISITANTE: DR. MARCELO ZIANI/DR. ANDRÉS ELOY S.CALDERÓN  
MATERIAL: DESINFETANTE

### TESTE de EFICIÊNCIA de DESINFETANTES

Nome Comercial	Timsen
----------------	--------

#### Pool de bactérias

Diluição/Tempo	20'
200 ppm	Eficiente
400 ppm	Eficiente
800 ppm	Eficiente
<i>Controle Positivo</i>	<i>Positivo</i>
<i>Controle Negativo</i>	<i>Negativo</i>

#### Pool de fungos

Diluição/Tempo	20'
200 ppm	Eficiente
400 ppm	Eficiente
800 ppm	Eficiente
<i>Controle Positivo</i>	<i>Positivo</i>
<i>Controle Negativo</i>	<i>Negativo</i>

Pool de Bactérias: *Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella* Enteritidis, *Pseudomonas aeruginosa, Salmonella* Typhimurium e *Proteus mirabilis*.

Inóculo com  $10^6$  a  $10^8$  Unidades Formadoras de colônias/ ml.

Pool de Fungos: *Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Aspergillus sp.*

Inóculo com  $10^6$  a  $10^8$  esporos/ ml.

Negativo= Ausência de crescimento de fungos ou bactérias (Eficiente).

Positivo= Crescimento de fungos ou bactérias (Não eficiente).

Controle Negativo= Placas sem inoculação de pool de fungos ou pool de bactérias.

Controle Positivo= Placas inoculadas com o pool de fungos ou bactérias sem aplicação de desinfetante.